

Số: /TB-TTYT

Bảo Lâm, ngày tháng năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

V/v tư vấn lập E-hồ sơ mời thầu, đánh giá E-hồ sơ dự thầu, thẩm định E-hồ sơ
mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Kính gửi: Các Nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn.

Căn cứ theo điểm a khoản 2 điều 12 Nghị định 24/2024/ND-CP ngày 27/2/2024 của chính phủ Nghị định quy định chi tiết 1 số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu;

Trung tâm Y Tế Huyện Bảo Lâm đang có nhu cầu lựa chọn nhà thầu tư vấn cho các gói thầu thuộc:

- + Gói thầu số 02: Gói thầu tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT;
- + Gói thầu số 03: Gói thầu tư vấn thẩm định E- HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu;

1. Thông tin về gói thầu cần tư vấn đấu thầu:

Gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn cho Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm năm 2024, số tiền: **2.484.645.000** đồng, bao gồm 03 mặt hàng

- Hình thức lựa chọn thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Chi tiết nội dung gói thầu mua sắm (*Đính kèm danh mục trang thiết bị mua sắm*).

2. Nội dung yêu cầu báo giá:

Khi nhận được thông báo này, các đơn vị tư vấn đấu thầu có năng lực có nhu cầu tham gia gửi hồ sơ năng lực cụ thể:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Hồ sơ năng lực công ty.
- Biểu giá dịch vụ tư vấn dự kiến sẽ thực hiện.
- Hiệu lực báo giá tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.

3. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ:

- Hồ sơ chào giá dịch vụ có ký tên và đóng dấu và xin vui lòng gửi về: Phòng KHN-V-ĐD&DS Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm theo địa chỉ số 213 Hùng Vương - Thị trấn Lộc Thắng - huyện Bảo Lâm - tỉnh Lâm Đồng, số điện thoại: 02633960636. Email: dauthauttytbaolam@gmail.com.

- Thời gian nhận hồ sơ: Trước 17 h00 ngày 21 tháng 3 năm 2025.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đăng Website đơn vị;
- Đăng <https://muasamcong.mpi.gov.vn>;
- Ban Giám Đốc;
- Lưu: VT, KHN-V-ĐD&DS.HTN.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Phú Lương

(Kèm thông báo mời chào giá số: / TTYT ngày tháng năm 2025)

tháng năm 2025)

STT	Tên Thiết Bị	ĐV tính	Số lượng
1	MÁY PHÂN TÍCH SINH HÓA AU480 Xuất xứ: G7 Hàng mới 100%; Năm sản xuất: 2024 trở về sau. Nhà máy đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001 CẤU HÌNH: - Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ - Máy tính: 01 bộ - Máy in: 01 chiếc - Bộ lưu điện: 01 bộ - Bộ lọc nước: 01 bộ - Bộ hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ (gồm Urea, ALT, Glucose, Creatinine mỗi loại ≥ 500 xét nghiệm) I. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 1. Máy chính - Chủng loại: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động hoàn toàn, truy nhập ngẫu nhiên với khả năng làm xét nghiệm cấp cứu. - Công suất: ≥ 400 xét nghiệm/giờ - Hỗ trợ tối thiểu các loại xét nghiệm: điểm cuối, động học, điểm cố định - Phương pháp phân tích: tối thiểu bao gồm so màu, miễn dịch đo độ đục, ngưng kết latex, miễn dịch gắn enzyme. - Số lượng xét nghiệm cài được trên máy: ≥ 120 xét nghiệm - Thể tích mẫu: + Tối thiểu: 1,0 μl + Tối đa: ≥ 25 μl - Thể tích hóa chất: + Tối thiểu: 10 μl + Tối đa: ≥ 250 μl - Tổng thể tích phản ứng: + Tối thiểu: 90 μl + Tối đa: ≥ 350 μl - Số vị trí để mẫu thử: ≥ 100 vị trí - Nhận dạng mẫu thử: bằng Barcode - Nhận dạng hóa chất: bằng Barcode - Có chương trình tự động pha loãng trước mẫu thử - Có khay cấp cứu riêng biệt được giữ lạnh, có ≥ 20 vị trí để mẫu. - Có hệ thống giữ lạnh cho khoang hóa chất từ 4°C đến 12°C hoặc tốt hơn - Có hệ thống giữ lạnh cho chất hiệu chuẩn và chất kiểm chuẩn - Khoang hóa chất: ≥ 75 vị trí - Kim hút hóa chất và bệnh phẩm riêng biệt - Que khuấy trộn dung dịch phản ứng: ≥ 6 que khuấy - Cuvette được làm bằng thủy tinh vĩnh cửu, quang lộ: ≥ 5 mm - Hệ thống ủ cuvette: ủ nước cách ly - Làm được đồng thời ≥ 60 loại xét nghiệm - Hệ thống phân phối mẫu: tối thiểu bao gồm các chức năng nhận biết mức chất lỏng, nhận biết va chạm và nhận biết tắc. - Có chức năng tự động rửa cuvette - Nguồn sáng: dùng đèn Halogen hoặc tốt hơn - Hệ thống quang học: + ≥ 13 bước sóng và dùng cách tử	Cái	1

	+ Dải phổ: từ 340 nm đến ≥ 800 nm + Dải hấp thụ từ 0 đến $\geq 3,0$ OD - Khả năng lưu trữ dữ liệu: ≥ 100.000 mẫu và theo dõi phản ứng ≥ 200.000 xét nghiệm - Lượng nước cần để vận hành máy: ≤ 20 lít/giờ 2. Máy tính - CPU: Core i5 hoặc tốt hơn - Ổ cứng: ≥ 450 GB - RAM: 4 GB trở lên - Màn hình: 19 inch trở lên - Chuột, bàn phím: 01 bộ 3. Máy in - Khổ giấy in: A4 - Tốc độ: 12 trang/phút - Độ phân giải: 600 x 600 dpi 4. Bộ lưu điện - Chung loại: Online - Công suất: 6 kVA 5. Bộ lọc nước - Công suất: ≥ 30 lít/giờ		
2	Máy điện châm 6 kênh Xuất xứ: Châu á Năm sản xuất: 2024 trở về sau, hàng mới 100% Tiêu chuẩn sản xuất: ISO13485, ISO9001 trở lên. Cấu hình cung cấp: - Máy chính : 01 cái - Kèm các phụ kiện : + Bút thử (Đầu dò huyết) : 01 cái + Bộ dây điện cực: 06 cái + Dây cầm đứng (sử dụng cho miếng dán) : 01 sợi + Miếng cao su dẫn điện: 10 cái + Miếng cao su tự dính: 01 cặp + Adaptor: 01 Cái loại dài 2 mét + Băng micropore màu trắng rộng 12mm: 01 cuộn + Hướng dẫn sử dụng: 01 Cuốn Chỉ tiêu kỹ thuật: - Phụ trợ dò huyết trên cơ thể người - Cường độ xung, tần số xung ở mỗi kênh có thể điều chỉnh dễ dàng - Cảnh báo bằng âm thanh có sẵn - Có 5 dạng xung để lựa chọn - Có 6 kênh, kích thích 12 huyết cùng 1 lúc - Tần số xung : 1,2Hz-55Hz - Độ rộng xung : khoảng 0.6 ms - Phạm vi thời gian: khoảng 0~60 phút $\pm 10\%$ - Nguồn điện cung cấp 1 pha (AC) dung trực tiếp 220V/220/50Hz, hoặc Pin 9V bên trong máy	Cái	10
3	Máy đo đường huyết Xuất xứ: Châu á Năm sản xuất: 2024 trở về sau, hàng mới 100%	Cái	3

	Tiêu chuẩn sản xuất: ISO13485, ISO9001 <u>Chỉ tiêu kỹ thuật:</u> - Dải đo HCT rộng (20-70%): cho kết quả đo đường huyết chính xác với cả những người có tỷ lệ hồng cầu thấp, nhi sơ sinh cũng như phụ nữ mang thai. - Mẫu lấy máu ít 0,5 uL - Cho kết quả nhanh chỉ sau 5s		
--	--	--	--